


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ

๑. ชื่อโครงการ ..จัดซื้อเครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง...
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี...
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๑,๓๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)...
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕/๕/๖๓.....
เป็นเงิน.... ๖๓๑,๓๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)...
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)-.....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..
- ๕.๑ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
- ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี แลป
- ๕.๓ บริษัท โซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| ๕.๑ ดร.พลกฤต | แสงอาวุธ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ ผศ.ดร.อรภรณ์ | บัวหลวง | กรรมการ |
| ๕.๓ ผศ.ดร.อุบลทา | สมมาตร | กรรมการ |
| ๕.๔ ผศ.นภาพร | รัตนถ | กรรมการ |
| ๕.๕ นางสาวปณิดา | รัตนรังษี | กรรมการ |
| ๕.๖ ผศ.ดร.มารีสา | อินทวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |


 ชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ชื่อ Ananกรรมการ
 ชื่อ 25กรรมการ
 ชื่อ.....กรรมการ
 ชื่อ นริศกรรมการ
 ชื่อ กมลกรรมการ
 ชื่อ อริสกรรมการและเลขานุการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อเครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง

๑. ความเป็นมา

สาขาวิชาเคมีมีความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องเย็บแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม สำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการเคมี โครงการวิจัยทางเคมี ของนักศึกษาสาขาเคมี วิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ของสาขาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งนักศึกษาครุศาสตร์

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ โครงการวิจัยของนักศึกษา และงานวิจัยของบุคลากรในสาขาวิชาเคมี

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

๖. วงเงินในการจัดหา

๖๓๑,๓๐๐.-บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๗.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายพัสดุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๒๗๒ ม.๙ ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐

๗.๒ โทรศัพท์

๐๗๗-๙๑๓๓๑๐

๗.๓ โทรสาร

๐๗๗-๙๑๓๓๑๑

๗.๔ ทางเว็บไซต์

<http://www.sru.ac.th>

๗.๕ E-mail

gpro.sru@sru.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๘. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

๘.๑ ดร.พลกฤต	แสงอาวุธ	ประธานกรรมการ
๘.๒ ผศ.ดร.อรภรณ์	บัวหลวง	กรรมการ
๘.๓ ผศ.ดร.อุบลทา	สมมาตร	กรรมการ
๘.๔ ผศ.นภาพร	รัตนาก	กรรมการ
๘.๕ นางสาวปณิดา	รัตนรังษี	กรรมการ
๘.๖ ผศ.ดร.มารีสา	อินทวงศ์	กรรมการและเลขานุการ


.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่อง

๑. เป็นเครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่สามารถวางได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ตัวตู้ควบคุมอุณหภูมิ เวลาและการเย้าด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ชนิด PID โดยมีลักษณะการเย้าแบบหมุนวน (Orbital)

๒. มีประตูด้านหน้าของตัวเครื่องที่มีเป็นช่องกระจกใส ทำให้สามารถมองเห็นภายในได้ โดยประตูจะมีมือจับเพื่อเปิดทางด้านซ้ายมือและมีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้พร้อมเปิด - ปิด

๓. ภายในตู้และแผ่นเย้า ทำด้วยสแตนเลส ส่วนภายนอกของตู้ทำจากเหล็กแผ่นเคลือบสี (powder coated electrolytically galvanised sheet steel) ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและรักษา

๔. มีปลั๊กไฟสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทั้งช่องต่อสัญญาณ (Interface) RS๒๓๒

๕. เครื่องสามารถปรับตั้งค่าต่าง ๆ ของเครื่องได้ ดังนี้

๕.๑ ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ๘ องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ ๗๐ องศาเซลเซียส โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า ± 0.2 องศาเซลเซียส

๕.๒ สามารถปรับค่าความละเอียดของอุณหภูมิได้อย่างน้อย ๐.๑ องศาเซลเซียส

๕.๓ สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ ๒๐ ถึง ๒๕๐ รอบต่อนาที สามารถปรับความละเอียดของความเร็วรอบได้ครั้งละ ๑ รอบต่อนาที

๕.๔ สามารถปรับตั้งค่าเวลาในการเย้าได้ในหน่วย นาทีหรือชั่วโมง โดยสามารถปรับตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ ๑ นาทีถึง ๙๙๙ ชั่วโมง หรือเย้าแบบต่อเนื่อง

๖. แผงควบคุมการทำงานประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้

๖.๑ มีจอแสดงค่าเวลา ความเร็วรอบ และอุณหภูมิ แสดงตัวเลขเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ LED ที่แยกจากกันอย่างเป็นอิสระ ๓ แผงควบคุม ทำให้เห็นค่าต่างๆได้ชัดเจน

๖.๒ มีปุ่มการตั้งค่าและการทำงาน ได้แก่ ปุ่มเปิด-ปิดการเย้า รวมถึงหลอดไฟลูออเรสเซนต์

๗. มีระบบแจ้งการเตือนการทำงานของเครื่อง ดังนี้

๗.๑ สัญญาณเตือนในรูปแบบแสงและเสียง พร้อมทั้งข้อความสั้น ในกรณีที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินกว่าค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้

๗.๒ ตัดการทำงานของเครื่องเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป ซึ่งเนื่องมาจากการเย้าที่เกินกำลัง(overload)

๘. ระบบการเย้าจะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตูตู้

๙. ความจุไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตรสามารถใส่ได้ ๒ Shaking tray พร้อมกัน

๑๐. ตัวเครื่องภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗๑๐x๖๕๐x๗๑๐ มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง)

๑๑. มีช่วงกว้างของการเย้า (Shaking amplitude) ไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๑๒. ควบคุมการหมุนด้วยมอเตอร์ชนิด AC motor

๑๓. ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ โวลต์

๑๔. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ทั้งระบบ และบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ เพื่อการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๑๕. เป็นเครื่องที่ผลิตจากบริษัทในทวีปยุโรป หรือออสเตรเลีย

๑๖. ผู้ขายดำเนินการติดตั้งและสอนการใช้เครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๗. มีคู่มือภาษาไทยและอังกฤษไม่น้อยกว่าอย่างละ ๑ ชุด

๑๘. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้

๑๘.๑ ถาดเขย่าเอนกประสงค์ทำจากสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า

๔๕๐X๓๐๐ มม. (กว้าง X ยาว)

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๘.๒ ตัวจับยึดพลาสติก ขนาด ๒๕๐ มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลส

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖ ชิ้น

๑๘.๓ ตัวจับยึดพลาสติก ขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลส

จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้น

๑๘.๔ ตัวจับยึดพลาสติก ขนาด ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ทำจากสแตนเลส

จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้น

๑๘.๕ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ KVA

จำนวน ๑ เครื่อง

๑๘.๖ โต๊ะวางเครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐*๗๐*๘๐ เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) จำนวน ๑ ตัว

๑๘.๗ ตัวดูดจ่ายสารละลาย (Transferpette S) ขนาด ๐.๕-๑๐ μ l จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลีย

๑๘.๗.๑ สามารถปรับค่าปริมาตรตามที่ต้องการได้ที่ ๐.๕-๑๐ μ l โดยอ่านค่าเป็นตัวเลข

๑๘.๗.๒ สามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๐.๐๑ μ l (subdivision)

๑๘.๗.๓ สามารถนำไปเข้าเครื่อง Autoclave ที่ ๑๒๑ องศาเซลเซียส ได้ทั้งตัว

๑๘.๗.๔ เครื่องมีค่าความถูกต้อง (%A) ที่ $\leq \pm 1\%$ และมีค่าความคลาดเคลื่อน (%CV) ที่ $\leq 0.5\%$

๑๘.๗.๕ สามารถที่จะ Calibrate เครื่องได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง

๑๘.๗.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๑๘.๗.๗ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๘.๘ ตัวดูดจ่ายสารละลาย (Transferpette S) ขนาด ๑๐-๑๐๐ μ l จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลีย

๑๘.๘.๑ สามารถปรับค่าปริมาตรตามที่ต้องการได้ที่ ๑๐-๑๐๐ μ l โดยอ่านค่าเป็นตัวเลข

๑๘.๘.๒ สามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๐.๑ μ l (subdivision)

๑๘.๘.๓ สามารถนำไปเข้าเครื่อง Autoclave ที่ ๑๒๑ องศาเซลเซียส ได้ทั้งตัว

๑๘.๘.๔ เครื่องมีค่าความถูกต้อง (%A) ที่ $\leq \pm 0.6\%$ และมีค่าความคลาดเคลื่อน (%CV) ที่ $\leq 0.2\%$

๑๘.๘.๕ สามารถที่จะ Calibrate เครื่องได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง

๑๘.๘.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๑๘.๘.๗ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๘.๙ ตัวดูดจ่ายสารละลาย (Transferpette S) ขนาด ๒๐-๒๐๐ μ l จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลีย

๑๘.๙.๑ สามารถปรับค่าปริมาตรตามที่ต้องการได้ที่ ๒๐-๒๐๐ μ l โดยอ่านค่าเป็นตัวเลข

๑๘.๙.๒ สามารถปรับค่าได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๐.๒ μ l (subdivision)

๑๘.๙.๓ มีสัญลักษณ์สี (color code) สำหรับให้เลือกใช้ tip ได้ถูกต้อง

๑๘.๙.๔ มีปุ่มตัวเลขบอกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔ หลัก ง่ายต่อการอ่านค่า

๑๘.๙.๕ สามารถนำไปเข้าเครื่อง Autoclave ที่ ๑๒๑ องศาเซลเซียส ได้ทั้งตัว

๑๘.๙.๖ เครื่องมีค่าความถูกต้อง (%A) ที่ $\leq \pm 0.5$ % และมีค่าความคลาดเคลื่อน (%CV) ที่ ≤ 0.2 %

๑๘.๙.๗ สามารถที่จะ Calibrate เครื่องได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง

๑๘.๙.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๑๘.๙.๙ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๘.๑๐ ตัวดูดจ่ายสารละลาย (Transferpette S) ขนาด ๑๐๐-๑๐๐๐ μL จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลีย

๑๘.๑๐.๑ สามารถปรับค่าปริมาตรตามที่ต้องการได้ที่ ๑๐๐-๑๐๐๐ μL โดยอ่านค่าเป็นตัวเลข

๑๘.๑๐.๒ สามารถปรับค่าได้ครั้งละ ๑ μL (subdivision)

๑๘.๑๐.๓ สามารถนำไปเข้าเครื่อง Autoclave ที่ ๑๒๑ องศาเซลเซียส ได้ทั้งตัว

๑๘.๑๐.๔ เครื่องมีค่าความถูกต้อง (%A) ที่ $\leq \pm 0.5$ % และมีค่าความคลาดเคลื่อน (%CV) ที่ ≤ 0.2 %

๑๘.๑๐.๕ สามารถที่จะ Calibrate เครื่องได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง

๑๘.๑๐.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๑๘.๑๐.๗ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๘.๑๑ เครื่องกวนสารละลายแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศในทวีปยุโรปหรือออสเตรเลีย

๑๘.๑๑.๑ ความเร็วมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์

๑๘.๑๑.๒ ความเร็วรอบ ๒๐๐-๑๑,๐๐๐ รอบต่อนาที หรือดีกว่า

๑๘.๑๑.๓ ฐานเครื่องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร

๑๘.๑๑.๔ กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๒๕ ลิตร

๑๘.๑๑.๕ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่มีรูปภาพพร้อมรายละเอียด และให้ทำเครื่องหมายหัวข้อในแคตตาล็อกให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่เสนอของแต่ละรายการให้ชัดเจนเพื่อการ ตรวจสอบ และ ให้ลงนามรับรองเอกสารที่ยื่นทุกฉบับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ